



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 января 2024 года № ФСР 2010/07785

На медицинское изделие

**Комплекс подачи медицинских газов КПП - "Медпром"**  
по ТУ 9452-006-50063260-2010

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Медпром" (ООО "Медпром")**,  
Россия, 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 17, к. 3, лит. А,  
помещ. 16Н, ком. 9

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Медпром" (ООО "Медпром")**,  
Россия, 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 17, к. 3, лит. А,  
помещ. 16Н, ком. 9

Место производства медицинского изделия

**ООО "Медпром"**, Россия, 195009, Санкт-Петербург, внутригородское  
муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Финляндский округ, ул. Бобруйская, д. 7, стр. 2,  
помещ. 1-Н

Номер регистрационного досье № РД-59766/104913 от 26.12.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 12 января 2024 года № 17  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0074564



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 января 2024 года № ФСР 2010/07785

Лист 1

На медицинское изделие

**Комплекс подачи медицинских газов КПП - "Медпром"**

по ТУ 9452-006-50063260-2010, в следующих исполнениях:

Исполнение 1: Комплекс подачи медицинских газов КПП-01-«Медпром»  
с принадлежностями и без них в составе:

- клапан газовый - 1-3 шт.;

Принадлежности:

- шланг подключения к баллону - 0-4 шт.;

- шланг подключения к концентратору кислорода низкого давления - 0-3 шт.;

- штекер газовый - 0-4 шт.;

- шланг питания - 0-4 шт.;

- баллон газовый объемом не менее 10 л. - 0-4 шт.;

- редуктор - 0-4 шт.;

- комплект крепежа - 1 шт.

Исполнение 2: Комплекс подачи медицинских газов КПП-02-«Медпром» с  
принадлежностями и без них в составе:

- клапан газовый - 1-3 шт.;

- блок индикации давления - 1 шт.;

Принадлежности:

- устройство для индикации давления в баллоне - 0-3 шт.;

- шланг подключения к баллону - 0-4 шт.;

- шланг подключения к концентратору кислорода низкого давления - 0-3 шт.;

- штекер газовый - 0-4 шт.;

- шланг питания - 0-4 шт.;

- баллон газовый объемом не менее 10 л. - 0-4 шт.;

- редуктор - 0-4 шт.;

- комплект крепежа - 1 шт.

Исполнение 3: Комплекс подачи медицинских газов КПП-03-«Медпром»  
с принадлежностями и без них в составе:

- клапан газовый - 1-3 шт.;

- блок индикации давления - 1 шт.;

- соединитель электрический штепсельный (розетка) 220 В - 1-5 шт.;

- соединитель электрический штепсельный (розетка) 12 В - 0-3 шт.;

Принадлежности:

- устройство для индикации давления в баллоне - 0-3 шт.;

- шланг подключения к баллону - 0-4 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

**0134677**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 января 2024 года № ФСР 2010/07785

Лист 2

- шланг подключения к концентратору кислорода низкого давления - 0-3 шт.;
- штекер газовый - 0-4 шт.;
- шланг питания - 0-4 шт.;
- баллон газовый объемом не менее 10 л. - 0-4 шт.;
- редуктор - 0-4 шт.;
- комплект крепежа - 1 шт.



Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0134678