

Техническое задание на Дыхательный контур
с нереверсивным клапаном и РЕЕР клапаном

№	Параметры	Значения параметров
1	Материал гофрированного шланга	ПВХ
2	Длина дыхательного шланга, см	160
3	Диаметр разъема на стороне пациента, мм	22М/19F
4	Диаметр разъема на стороне аппарата, мм	22М/19F
5	Диаметр РЕЕР клапана, мм	30F
6	Цвет	белый
7	Совместимость с аппаратами ИВЛ моделей АИВЛп-2/20-«ТМТ», А-ИВЛ/ВВЛп-3/30А-«Медпром», А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40-«Медпром»	наличие
8	Комплектация:	
8.1	Дыхательный шланг	1 шт.
8.2	Нереверсивный клапан с РЕЕР клапаном	1 шт.
8.3	Коннектор	2 шт.
8.4	Дополнительный шланг	1 шт.